

Р. «Эн-ка»

4  
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора -  
главный инженер  
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая  
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»  
Н.С. Ковальчук  
23.01 2024

**Техническое задание  
на приобретение весов  
в количестве 1 шт**

**1. Технические характеристики оборудования:**

Максимальный предел взвешивания, кг	62
Цена деления, г	2
Класс точности	II
Блок питания	АС 220V, 50 ± 1 Гц
Диапазон рабочих температур	-10 °С до + 40 °С
Погрешность	Не более 1 %

**2. Требования к гарантийным обязательствам:**

- гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

**3. Иные требования:**

- прилагаемая документация на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации, талон гарантийного обслуживания);
- занесён в Государственном реестре средств измерений РБ;
- проведение метрологической оценки с выдачей свидетельства.

**4. Код продукции в соответствии с действующим Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», к которому относится приобретаемое оборудование 29.24.22.330.**

Зам. генерального директора  
по маркетингу и сбыту –  
директор маркетинг-центра

П.В. Полудо

Зам. директора маркетинг-центра

Д.А. Жилко

Начальник производства  
«Филиал «Завод «Электроника»

А.А. Кусов

Главный метролог

С.С. Трус